一、项目概况

共分为 1 个包，供应商不得对包中所投货物和服务分解后进行响应。本项目预算金额为人民币 32 万元。

二、技术条款

山东大学技术条款

序号	配置名称	详细技术参数要求	数量	备注
1	馏分收集器	1. 最大收集量：≥5L/小时 2. 流量范围：适配≥1~150ml/min 3. 收集模式：使用软件控制，可由紫外或质谱信号触发自动收集，支持按峰收集、按时间收集、峰纯度阈值收集等模式 4. 收集方式：XY 运动电磁阀式收集头，零死体积；支持峰检测触发与时间程序组合设定 5. 最小延迟体积：两峰间≤15ul	详见配置清单	
2	补偿输液泵	1. 泵类型：双柱塞，≤0.001ml 步进 2. 流速范围：0.0001-10.0000mL/min，步进≤0.001ml 3. 耐压：≥40MPa 4. 流速精确度：≤0.06％RSD 5. pH 范围：1–14		
3	样品定量环	定量体积≥50μL		
4	高压制备池	具备可变光程制备池或等效低扩散设计，耐压≥150psi，池体积≥10ul		
5	★配置清单	馏分收集器 1 套、样品托盘 1 套、样品定量环 1 套、分流切换阀 1 套、补偿输液泵 1 套、高压制备池 1 套，收集管路配件 1 套。		

备注：本项目技术功能要求中出现的所有名词（除国家标准、行业标准、国家行政机关制订的规范性文件已规定的之外），仅表示采购人对功能的需求，不代表该功能的名称被指定。