

采购内容及项目要求

一、项目概况

本项目为山东大学钻孔高频场源激发与采集一体化装置项目。本项目共分为1个包，投标人不得对包中所投货物和服务分解后进行响应。项目预算金额为人民币132万元。

二、技术条款及商务条款响应要求

采购人要求（用户填写）			
配置序号	配置名称	详细技术参数要求	数量
1	天线参数	1. 极化:线极化; #2. 定向性:定向; 3. 增益: >-5dBi; #4. 频率:100MHz-1400MHz（可多天线组合）; 5. 前后比: ≥5dB; 6. 电压驻波比: ≤3.5; 7. 工作温度: -10~+50℃。	1
2	控制主机	1. 发射信号:步进频率连续波信号; 2. 跳频频率: ≤2MHz; 3. 起始频率: ≤100MHz; 4. 终止频率: ≥1400MHz; 5. 叠加次数: ≥32; 6. 动态范围: ≥70dB;	1
3	整机功能	#1. 定向天线旋转:旋转速度可调, 2r/min-20r/min; 2. 防护等级: IP68; #3. 直径: ≤9cm;	1

		4. 重量: $\leq 30\text{kg}$; 5. 线缆长度: $\geq 100\text{m}$; 6. 探测半径: $\geq 10\text{m}$; 7. 分辨率: 亚米级。	
--	--	--	--

山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表

项 目 序号	项目名称	采购人要求
1	成交价	人民币
2	交货时间	合同签订后 6 个月内
3	付款方式	合同签订且招标人收到中标人开具的见索即付银行保函（合同额 70%、有效期 6 个月）后付款 70%；项目验收合格后付款 30%。
4	安装验收	A. 设备验收由专家组和中标人（成交供应商）联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写验收报告，该验收报告作为支付中标（成交）货款的依据。 B. 本项目为交钥匙工程，中标人负责项目的设计、采购、施工、安装和调试等所有环节，直到项目建成并能够正常运行。 C. 投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。 D. 投标人（供应商）承诺中标（成交）后派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。
5	培训	A. 投标人（供应商）承诺中标（成交）后对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。 B. 及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询(该费用包含在投标报价中)。
6	质保	A. 国产设备 3 年

		B. 投标人（供应商）承诺中标（成交）后在<u>验收</u>合格之日起到质保期满前一个月内，进行一次现场全面检查(该费用包含在投标报价中)，并写出正式报告。如发现问题应负责解决。 C. 投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下 4—8 小时，终身维修。一般问题应在 1 周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在 1 月内解决或提出明确解决方案，否则中标人（成交供应商）应赔偿相应损失。 D. 投标人（供应商）承诺中标（成交）后定期回访用户。 E. 投标人（供应商）必须列明质保期满后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。 F. 仪器中的软件享受终身升级(该费用包含在投标报价中)；
--	--	--